

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich erlaubt.

# 4-Wire-Transmitter Stratos Multi Type E401X for Hazardous Locations

Zone 0 or Division 1 | Zone 2 or Division 2 or Unclassified Area

Enclosure TYPE 4X, IP66/IP67  
Tamb = -20 °C to +55 °C

ATEX: II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEX: Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

## Installation Notes for Hazardous Locations

The safety instructions and defined rated operating conditions must be observed when using this product.

Only cables that are rated for use at 75 °C / 167 °F or higher shall be used.

The intrinsically safe apparatuses connected to the Card, MK module and the Memosens interface must be ATEX/IECEX approved.

Only ATEX/IECEX certified cable glands shall be used.  
Observe the installation requirements of the manufacturer.

**WARNING – THE NON-INTRINSICALLY-SAFE SIGNAL INPUT/OUTPUT TERMINALS SHALL ONLY BE CONNECTED TO NON-SHOCK-HAZARD EQUIPMENT OR SYSTEMS (FOR EXAMPLE, SELV, PELV, ES1 IN COMPLIANCE WITH IEC 62368-1)**

**AVERTISSEMENT – LES BORNES D'ENTRÉE/DE SORTIE DE SIGNAL À SÉCURITÉ NON INTRINSÈQUE NE DOIVENT ÊTRE CONNECTÉES QU'À DES ÉQUIPEMENTS OU SYSTÈMES NE PRÉSENTANT PAS DE RISQUE DE CHOC (PAR EXEMPLE, SELV, PELV, ES1 EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME CEI 62368-1)**


**WARNING – DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED**  
**AVERTISSEMENT – NE PAS OUVRIR SOUS TENSION**

**WARNING – POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD – SEE INSTRUCTIONS**  
**AVERTISSEMENT – DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES – VOIR INSTRUCTIONS**

**WARNING – SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY**  
**AVERTISSEMENT – LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ INTRINSÈQUE**

**CAUTION – To avoid damage to the enclosure when connecting to a rigid metallic conduit system, the conduit hub must be connected to the conduit before the hub is connected to the enclosure.**

**CAUTION – Bonding between conduits is not automatic. Bonding must be provided by the installation. Use the supplied sheet metal jumper for this purpose.**



Zul. Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab											
Zulassung DEKRA KEMA 08ATEX0100 IECEX KEM 08.0020		Benennung <b>Stratos Multi E401X</b> <b>Control drawing</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bearbeitet 20.09.2019</td> <td>dam</td> </tr> <tr> <td>Gepüft 19.3.2021</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td>Freigabe 19.3.2021</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	Bearbeitet 20.09.2019	dam	Gepüft 19.3.2021	<i>[Signature]</i>	Freigabe 19.3.2021	<i>[Signature]</i>	Zeichnungsnummer <b>212.502-100</b>			
Datum	Name												
Bearbeitet 20.09.2019	dam												
Gepüft 19.3.2021	<i>[Signature]</i>												
Freigabe 19.3.2021	<i>[Signature]</i>												
Schutzvermerk nach ISO16016 beachten.		Blatt <b>1</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Bearb.</th> <th>Freigabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Installation Notes</td> <td>07.10.20</td> <td>dam</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nr.	Änderungen	Datum	Bearb.	Freigabe	1	Installation Notes	07.10.20	dam		<b>Knick</b> Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG	
Nr.	Änderungen	Datum	Bearb.	Freigabe									
1	Installation Notes	07.10.20	dam										